

Certificado de análise

LGC CLEANER

Código N°: 14-0001-02
Data de Produção: 09/Jan/2019
Lote: 140.119T
Validade: 09/Jan/2020

Aspecto:

Especificações:


O produto apresenta cor clara transparente uniforme na temperatura de armazenamento.

Resultados:

De acordo com a especificação.

Ensaio de amplificação:

Este lote apresenta os resultados de acordo com o esperado na degradação das moléculas contaminantes, não interferindo em resultados com os ácidos nucleicos para fins investigativos.



Curva de *melting* de fragmento amplificado de DNA (qPCR),

Controle positivo (A);

Controle negativo (B)

Amostra amplificada de superfície contaminada com DNA residual, pós-limpeza do equipamento com LGC Cleaner (C).

Responsável Técnico
LGC Biotecnologia Ltda.